

项目编号：QDZB2024-035

安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购

# 招 标 文 件

采 购 人：安新县中医医院

采购代理机构：河北全达工程项目管理有限公司

二〇二四年四月

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 采购项目的要求

第四章 主要合同条款

第五章 投标文件格式

第六章 评标办法和标准

# 第一章 招标公告

## 安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购

### 公开招标公告

#### 项目概况

安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购 招标项目的潜在供应商应在 河北省公共资源交易服务平台及惠招标电子招投标交易平台 获取招标文件，并于 2024 年 05 月 20 日 09 点 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：QDZB2024-035

项目名称：安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购

预算金额：2560000 元

最高限价：2560000 元

采购需求：本项目划分为 3 个包：A 包采购 4K 高清腹腔镜 1 套，预算金额 160 万元；B 包采购经颅多普勒超声诊断系统 1 套、心电监护 25 台及系统 2 套、上下肢主被动训练器 2 台、电动起立床 1 台，预算金额 61 万元；C 包采购输液泵 10 台、红外热像诊断系统（含改造安装）1 套，预算金额 35 万元。

合同履行期限：签订合同后 15 日内完成供货及安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 A 包、C 包专门面向中小企业采购；B 包非专门面向中小企业采购，对所提供货物全部由小型和微型企业生产的供应商价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 本项目的特定资格要求：3.1 具备与所投产品一致且有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》；3.2 具备与所投产品一致且有效的《医疗器械生产许可证》（本条适用于生产商）；3.3 所投产品属于第二类医疗器械的须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的须具备有效的《医疗器械经营许可证》（本条适用于代理商或经销商）；3.4 供应商商业信誉良好，未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国执行信息公开网”列入失

信被执行人、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录，未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；（由招标代理公司于开标当日现场查询并下载打印查询结果）；3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。3.6 本项目兼投不兼中。

### 三、获取招标文件

时间：2024年04月30日至2024年05月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：河北省公共资源交易服务平台（网址：<http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/>）及惠招标电子招投标交易平台（<http://www.hbidding.com>）

方式：其他

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年05月20日09点30分（北京时间）

地点：惠招标电子招投标交易平台，供应商应在投标文件递交截止时间前通过“惠招标”上传经CA加密的电子投标文件，未按规定时间和方式提交电子文件，采购人不予受理。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本公告发布媒体：中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、雄安新区公共资源交易服务平台、惠招标电子招投标平台。

2、根据河北省财政厅 河北省政务服务管理办公室关于印发《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》的通知要求，本项目实施“双盲评审”。供应商应按照招标文件要求编制投标文件，商务标“明标”和技术标“暗标”分开编制。对技术标“暗标”未按招标文件要求制作的，作无效投标处理。

3、供应商需先在河北省公共资源交易服务平台进行注册登记，如已完成注册的无需再次注册。未注册登记的主体单位，请按照“河北省公共资源交易服务平台(网址：<http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/>)”“通知公告”中“保定市公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理相关手续。注册登记完成后市场主体从河北省公共资源交易服务平台“系统登录入口”选择对应身份登录，在“电子交易系统”下选择“保定市”，打开【业务管理-交易文件下载】菜单中下载文件。技术支持电话：400-998-0000。

4、供应商须在“惠招标电子招投标交易平台”完成注册，同时下载招标文件。技术支持联系方式：400-780-9998。

5、因供应商自身的原因未能在有效时间内在“河北省公共资源交易服务平台”和“惠招标电子招投标交易平台”完成注册并同时下载招标文件的，其后果由供应商自行承担。供应商编制投标文件需使用企业CA。CA在线办理地址为：<http://hebca.com/ggzybd.html>。CA密钥咨询电话：400-707-3355。

6、本项目采用“惠招标”电子招投标交易平台，供应商须将已下载的.HZB格式招标文件导入“惠招标”提供的投标文件制作工具（可在平台首页下载）进行投标文件的制作，制作完成后将加密的电子投标文件上传至“惠招标”投标系统。本项目采用全流程电子标，供应商无须到现场开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：安新县中医医院  
地址：安新县永安大街203号  
联系方式：章鹤强、王浩楠  
电话：0312-5321882

### 2. 采购代理机构信息

名称：河北全达工程项目管理有限公司  
地址：保定市隆兴中路77号隆兴大厦B座13楼1301室  
联系方式：卢鑫宇 0312-8662806、18532385206

### 3. 项目联系方式

项目联系人：卢鑫宇  
电话：0312-8662806、18532385206

## 第二章 供应商须知及前附表

### 供应商须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：安新县中医医院 地址：安新县永安大街 203 号 联系人：章鹤强、王浩楠      电话：0312-5321882
2	采购代理机构	名称：河北全达工程项目管理有限公司 地址：保定市隆兴中路 77 号隆兴大厦 B 座 13 楼 1301 室 联系人：卢鑫宇      电话：0312-8662806、18532385206
3	项目名称	<b>安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购</b>
4	交货地点	安新县中医医院院内
5	资金来源	财政资金及自筹资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购需求	本项目划分为 3 个包：A 包采购 4K 高清宫腹腔镜 1 套，预算金额 160 万元；B 包采购经颅多普勒超声诊断系统 1 套、心电监护 25 台及系统 2 套、上下肢被动训练器 2 台、电动起立床 1 台，预算金额 61 万元；C 包采购输液泵 10 台、红外热像诊断系统（含改造安装）1 套，预算金额 35 万元。详见第三章采购项目的要求。
8	合同履行期限	签订合同后 15 日内完成供货及安装调试。
9	质量标准	合格，并符合国家及行业相关标准及规定
10	开标前答疑会	不召开
11	投标有效期	90 日历天（从提交投标文件截止之日起算）
12	供应商资质条件、能力和信誉	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：<u>本项目 A 包、C 包专门面向中小企业采购；B 包非专门面向中小企业采购，对所提供货物全部由小型和微型企业生产的供应商价格给予 10% 扣除，用扣除后的价格参与评审；</u></p> <p>3. 本项目的特定资格要求：<u>3.1 具备与所投产品一致且有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》；3.2 具备与所投产品一致且有效的《医疗器械生产许可证》（本条适用于生产商）；3.3 所投产品属于第二类医疗器械的须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的须具备有效的《医疗器械经营许可证》（本条适用于代理商或经销商）；3.4 供应商商业信誉良好，未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人、未被“中国政府采购网”列入政</u></p>

序号	条款名称	编 列 内 容
		<p>府采购严重违法失信行为信息记录,未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信名单(黑名单)信息;(由招标代理公司于开标当日现场查询并下载打印查询结果); 3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。3.6 本项目兼投不兼中。</p>
13	投标保证金	<p>本项目不收取投标保证金。根据河北省财政厅冀财采【2021】7 号文件规定,专门面向中小企业的政府采购项目,不再收取投标保证金。</p>
14	投标文件的组成	<p>投标文件分为商务标和技术标,商务标和技术标应分开编制,商务标为明标,技术标为暗标。</p> <p>1) 商务标(明标)包括以下内容:</p> <p>    开标一览表及投标函</p> <p>    法定代表人身份证明</p> <p>    法定代表人授权委托书</p> <p>    分项报价表</p> <p>    供应商资格证明文件</p> <p>    商务和技术参数偏离表</p> <p>    供应商认为有必要提供的其它资料</p> <p>2) 技术部分(暗标)包括以下内容:</p> <p>    供货方案</p> <p>    安装调试方案</p> <p>    质量保证措施</p> <p>    培训方案</p> <p>    故障管理及应急处理方案</p> <p>    售后服务方案</p>
15	投标文件编制说明	<p>投标文件分为商务标和技术标,供应商编制投标文件时应注明商务标为“明标”,技术标为“暗标”:</p> <p>    商务标部分要按照招标文件所规定的内容顺序,统一编制目录、编排连续的自然数页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到,其责任应当由供应商承担。</p> <p>    在编制投标文件技术标时,应严格按照招标文件相关要求编制,对能够显示投标供应商名称、标识的内容,应放入商务标。</p> <p>    技术标部分的内容要求如下:</p> <p>    1) “技术标部分”全部纳入“暗标”,供应商不得在暗标上出现具体的名称、地址及能判断出供应商的内容,不得在暗标上作任何标志。版面整洁、字迹清楚、不得涂改。暗标封面及内容不得做任何标识或暗</p>

序号	条款名称	编 列 内 容
		<p>示该供应商单位名称或人员名称的标记，也不得采取任何不符合常规，有别与其他供应商的特殊做法。“暗标”应当以能够隐去供应商的身份为原则。</p> <p>2) 技术标封面的编制要求</p> <p>a. 版面要求：A4纸张大小；</p> <p>b. 颜色要求：黑色；</p> <p>c. 字体要求：“宋体”三号“常规”字，字符间距、位置为标准，所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。</p> <p>d. 排版要求：1.5 倍行距；页边距上、下、左、右各为 2.5 厘米；不得设置页眉、页脚和页码；详见投标文件格式技术标封面要求。</p> <p>3) 暗标的编制要求</p> <p>a. 版面要求：A4纸张大小；</p> <p>b. 颜色要求：所有文字、图表均为黑色；</p> <p>c. 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。</p> <p>d. 排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码。</p> <p>e. 其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。技术标中不得明示的部分以“*****”（6个*）代替。</p> <p>4) 本项目不编制封底。</p> <p>5) 投标文件应严格遵守招标文件规定的统一格式，不得出现招标文件统一要求以外的其他标识和能够识别投标供应商的信息。</p>
16	投标文件的制作及加密	<p>1) 本项目采用全流程电子招投标形式，电子投标文件必须采用“惠招标”投标文件制作工具制作。“惠招标电子招投标交易平台”联系方式：400-780-9998。</p> <p>2) 按惠招标电子招投标交易平台投标文件制作工具要求对电子投标文件进行加密。</p>
17	投标文件的递交	<p>供应商应在投标截止时间前登录“惠招标电子招投标交易平台”上传加密的电子投标文件（.htb 格式）。</p>
18	是否退还投标文件	<p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>
19	递交投标文件截止	<p>2024 年 05 月 20 日 09 时 30 分(北京时间)</p>

序号	条款名称	编 列 内 容
	时间	
20	解密	1、供应商需在解密截止时间前进入惠招标“开标大厅”，使用 CA 对递交的电子投标文件进行解密。未在规定的解密时间内完成解密的，将被电子招投标系统判定为自动撤销投标。 2、解密时长：投标截止时间后 30 分钟。
21	评标委员会的组建	评标委员会由采购人代表 1 人和河北省政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家 4 人组成，成员人数共为 5 人。
22	是否授权评标委员会确定中标人	推荐前 3 名中标候选人，并授权评标委员会确定排名第一的为中标人。
23	投标最高限价	本项目的最高限价：256 万元（大写：贰佰伍拾陆万元整） 其中：A 包最高限价为：160 万元（大写：壹佰陆拾万元整） B 包最高限价为：61 万元（大写：陆拾壹万元整） C 包最高限价为：35 万元（大写：叁拾伍万元整） 注：供应商的投标报价不能超过本项目的最高限价，否则作为无效投标文件处理。
24	开标时间、地点	开标时间：2024 年 05 月 20 日 09 时 30 分（北京时间） 开标地点：安新县公共资源交易中心三楼开标室，供应商登录“惠招标电子招投标交易平台”参与开标。
25	评标办法	综合评分法
26	中标公告	在中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、雄安新区公共资源交易服务平台、惠招标电子招投标平台上公告中标结果，公示期为 1 个工作日。
28	履约保证金	不要求
30	本项目所属行业	<b>项目所属行业为：工业</b>
31	说明	使用综合评分法的项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其它同品牌供应商不作为中标候选人。
32	分包	本项目不允许分包。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
需要补充的其他内容		

序号	条款名称	编 列 内 容
1	政府采购相关政策：	<p>(1) 招标产品未特别注明“进口产品”字样的，必须采购国产产品。</p> <p>(2) 依据财库〔2019〕9号相关规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>(3) 财库〔2019〕18号、〔2019〕19号中规定品目清单：《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》。</p> <p>(4) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中规定：政府采购节能产品、环境标志产品认证机构，以《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》为准。</p> <p>(5) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予价格扣除优惠政策。（注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）</p> <p>(6) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）</p> <p>(7) 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。（注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）</p> <p>(8) 根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。</p>
2	供应商信用信息：	<p>关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库〔2016〕125号）规定：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>供应商不良信用记录查询网址：信用中国网址（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）、中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）、中国政府采购网网址（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）、国家企业信用信息公示系统（<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>）。</p>

序号	条款名称	编 列 内 容
		(由代理公司于开启当日现场查询并下载打印查询结果)
3		<p>供应商代表不须出席开标会，采购人按招标文件中规定的时间和地点进行电子开标，供应商应当准时在网上虚拟开标大厅参与开标。</p>
4		<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>当电子开标一览表与电子投标文件中内容不一致时，以电子投标文件为准。</p>
5		<p>授权委托书中需留下委托代理人有效联系电话，并保持畅通，以便在评审过程中评标委员会进行澄清、答疑，否则引起一切后果由供应商自行承担。</p>
6		<p>根据河北省财政厅河北省政务服务管理办公室关于印发《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》的通知要求该项目实施“双盲评审”。</p> <p>1、供应商投标文件中暗标部分需单独编制，单独上传。</p> <p>2、明标部分和暗标部分内容编制错误造成的一切不利后果，由供应商自行承担。</p>
7		<p>招标代理服务费按表-1《招标代理服务收费标准（费率）》计取，由中标人在领取《中标通知书》之前向采购代理机构一次性支付。</p>

表-1 招标代理服务收费标准（费率）

中标/成交金额	服务类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为 800 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(800 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 2.4 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 2.4 = 8.3 \text{ (万元)}$$

## 一、总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标采购条件，现对本项目进行招标采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购需求、合同履行期限和质量标准

1.3.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

供应商资格要求见供应商须知前附表。

### 1.5 费用承担

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 1.6 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知及前附表；
- (3) 采购项目的要求；
- (4) 主要合同条款；
- (5) 投标文件格式；
- (6) 评标办法和标准；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

## **2.2 招标文件的澄清**

任何要求澄清招标文件的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将予以答复，供应商应及时查收招标文件的澄清文件。因未及时查收招标文件的澄清文件所造成的后果，由供应商自行承担。该澄清或修改的内容是招标文件的有效组成部分。

## **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在中国河北政府采购网、河北省公共资源交易平台发布更正公告；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3 为使供应商在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标截止日期。

2.3.4 对招标文件的澄清与修改均须经过采购人确认后方可发放。

## **三、投标文件**

### **3.1 投标文件的编制依据**

3.1.1 采购代理机构提供的招标文件及有关资料；

3.1.2 相关的法律法规。

## 3.2 投标文件格式

3.2.1 投标文件应包括本招标文件中投标文件格式所列的内容。

3.2.2 供应商应按照本企业的实际情况提供投标文件格式中所要求的资料。

## 3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应按照本招标文件要求、技术资料、市场行情，以及各企业自身承受能力并考虑应承担的风险进行编制。

3.3.2 投标报价应是招标文件全部工作内容的价格体现。**投标总报价包括：投标产品费、包装费、运杂费、各种风险费、服务费、利润、税金、政策性文件规定费用等所有费用，并包括由于原材料或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。**

3.3.3 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.3.4 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.3.5 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

3.3.6 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期：90 日历天（从提交投标文件截止之日起算）。

3.4.2 在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其投标文件失效。

## 3.5 投标保证金

本项目不提交投标保证金。

## 3.6 投标文件的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.6.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4 总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第 4.6 规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 3.7 投标文件的组成

3.7.1 投标文件分为商务标和技术标，商务标和技术标应分开编制，商务标为明标，技术标为暗标。

3.7.2 投标文件的组成

(1) 商务标（明标）包括以下内容：

开标一览表及投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权委托书

分项报价表

供应商资格证明文件

商务和技术参数偏离表

供应商认为有必要提供的其它资料

(2) 技术部分（暗标）包括以下内容：

供货方案

安装调试方案

质量保证措施

培训方案

故障管理及应急处理方案

售后服务方案

### 3.8 投标文件的编制要求

3.8.1 电子投标文件的制作

(1) 本项目采用全流程电子招投标形式，供应商须使用惠招标提供的“投标

文件编制工具”制作电子投标文件，编制完成后使用 CA 数字证书，执行“导出”操作，生成.htb 格式的加密电子投标文件。

(2) 供应商须按本招标文件的“投标文件格式”中盖章和（或）签字要求盖章和（或）签字。

(3) 招标文件中所有涉及供应商盖章的均指供应商电子印章，在制作投标文件时，均应按照招标文件要求加盖供应商电子印章；所有涉及法定代表人或其委托人签字的，供应商可将签字或文件签字后扫描传至投标文件中，也可加盖法定代表人或其委托代理人电子签名章。

(4) 签章时需注意签章位置，如因签章造成投标文件内容模糊、不清，评标委员会无法辨认的，供应商自行承担后果。

### 3.8.2 投标文件的编制

(1) 投标文件应按照招标文件中“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

(2) 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标文件有效期、质量目标、采购内容等实质性内容作出响应。

(3) 投标文件商务标封面或扉页、投标函均应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，其他部分应按第五章“投标文件格式”签署或盖章，否则按无效文件处理。

(4) 投标文件分为商务标和技术标，供应商编制投标文件时应注明商务标为“明标”，技术标为“暗标”：

商务标部分要按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录、编排连续的自然数页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

在编制投标文件技术标时，应严格按照招标文件相关要求编制，对能够显示投标供应商名称、标识的内容，应放入商务标。

技术标部分的内容要求如下：

1) “技术标部分”全部纳入“暗标”，供应商不得在暗标上出现具体的名称、地址及能判断出供应商的内容，不得在暗标上作任何标志。版面整洁、字迹清楚、不得涂改。暗标封面及内容不得做任何标识或暗示该供应商单位名称或人员名称的标记，也不得采取任何不符合常规，有别与其他供应商的特殊做法。“暗标”应当以能够隐去供应

商的身份为原则。

2) 技术标封面的编制要求

a. 版面要求：A4 纸张大小；

b. 颜色要求：黑色；

c. 字体要求：“宋体”三号“常规”字，字符间距、位置为标准，所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

d. 排版要求：1.5 倍行距；页边距上、下、左、右各为 2.5 厘米；不得设置页眉、页脚和页码；详见投标文件格式技术标封面要求。

3) 暗标的编制要求

a. 版面要求：A4 纸张大小；

b. 颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

c. 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

d. 排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码。

e. 其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。技术标中不得明示的部分以“\*\*\*\*\*”（6 个\*）代替。

4) 本项目不编制封底。

5) 投标文件应严格遵守招标文件规定的统一格式，不得出现招标文件统一要求以外的其他标识和能够识别投标供应商的信息。

### 3.9 投标文件的递交

3.9.1 供应商应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.9.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

3.9.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

3.9.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 3.10 投标文件的修改与撤回

在本须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文

件，供应商如需对投标文件进行撤回、修改，务必在投标文件递交截止时间前，重新递交。

#### 四、开标及评标

##### 4.1 开标时间和地点

开标时间和地点详见供应商须知前附表。

##### 4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 公布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交电子投标文件的供应商名称；
- (3) 供应商需在解密截止时间之前进入惠招标“开标大厅”，对递交的电子投标文件使用 CA 数字证书进行解密；
- (4) 采购人对已解密成功的投标文件公布开标内容；
- (5) 供应商需对开标记录使用 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为承认开标记录；
- (6) 开标会议结束。

##### 4.4 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商进行资格审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

##### 4.5 评标

###### 4.5.1 评标的依据

本招标文件和投标文件。

###### 4.5.2 评标原则

评标将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的有关规定，公平、公正，科学、择优的原则进行。

###### 4.5.3 评标组织

采购人依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表 1 名和评审专家 4 名，共 5 人组成，评审专家从河北省政府采购评审专家库内随机抽取。与供应商有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

###### 4.5.4 评标方式

根据《河北省财政厅 河北省政务服务管理办公室 关于印发〈政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案〉的通知》（冀财采[2023]14号）的要求，本项目实施“双盲”评审。

开标后，由采购人或其委托的采购代理机构对投标供应商进行资格审查，合格投标供应商符合法定数量的，由采购人和评审专家组建的评标委员会对商务标进行明标评审，对技术标进行“盲评”。

#### 4.5.5 评标内容

评标委员会按评审细则对所有供应商的投标文件进行详细评审。

#### 4.5.6 评标程序

（1）评标委员会首先按照招标文件规定剔除无效标书。

（2）评标委员会根据招标文件确定的评标办法进行打分，具体评分办法见评标办法。

（3）汇总各评委打分，评标委员会按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排序，推荐前3名中标候选人，并由采购人授权评标委员会确定排名第一的为中标人，同时提交评标报告。

### 4.6 投标文件的澄清

4.6.1 开标结束后，供应商请随时关注“澄清回复”模块，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求供应商在“澄清回复模块”以书面形式（扫描并在线传输由评标委员会接收）作出必要的澄清、说明和补正，供应商未在规定时间内进行澄清、说明和补正的，评标委员会有权作无效投标处理。

4.6.2 供应商在“采购业务”栏目中找到“评标澄清回复”菜单并点击，找到需要澄清回复的项目，点击项目右侧的“答复”按钮，进入编辑界面。（注：1、请在“剩余回答时间”截止前做出答复；2、回答内容以及回答人姓名为必填项；3、“相关附件”电子件，只能上传PDF格式文件；4、内容编辑完后，点击左上角“确认”按钮。）

4.6.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

4.6.4 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

### 4.7 其它

4.7.1 评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标解释。

4.7.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

## **五、中标通知**

5.1 采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2 在向中标人发出《中标通知书》的同时，采购代理机构同时通知未中标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

## **六、保密**

向中标人授予合同之前，采购人、采购代理机构、现场监督人员及评标委员会的成员不应该向提交投标文件的供应商或与这些程序无关的人员泄露与评标和合同授予有关的信息。

## **七、签订合同**

### **7.1 签订合同**

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。

采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

招标文件、投标文件、供应商对投标内容的澄清文件等，均为签订合同之依据，并作为合同的附件。

### **7.2 拒签合同**

7.2.1 除非合同与招标文件有重大背离或因不可抗力不能履行合同，如中标人放弃中标，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，则按违约处理。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 如采购人无充分理由而不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### **7.3 合同公告**

自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人将政府采购合同在省级以上人民

政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将采购合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

## **八、投标无效以及废标情况**

### **8.1 投标无效**

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；

8.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

8.1.3 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.1.4 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.1.5 投标报价为零的；

8.1.6 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8.1.7 供应商名称或组织结构与报名时不一致且未提供有效证明的；

8.1.8 投标有效期不满足招标文件要求的；

8.1.9 投标文件未明确响应招标文件要求的；

8.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.1.11 投标文件不按“盲评”要求编制的；

8.1.12 招标文件明确规定可以视为无效标的其他情形；

8.1.13 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

### **8.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效**

8.2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.2.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.2.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.2.5 不同供应商的投标文件相互混装；

### **8.3 废标**

8.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

8.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

## **九、纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审细则”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### **9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## **十、质疑与投诉**

### **10.1 质疑提出与答复**

10.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.1.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提

出。

10.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.1.4 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 10.2 投诉的提起

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人所属预算级次的本级财政部门书面提起投诉。投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法(财政部 94 号令)》第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

质疑与投诉未尽事宜，按照《政府采购质疑和投诉办法(财政部 94 号令)》相关规定执行。

## 十一、验收

根据政府采购合同、招标文件、投标文件及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205 号）、《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见》（冀财采【2016】24 号）相关规定对合同的履约情

况进行验收。

采购人应加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 第三章 采购项目的要求

#### 一、项目概况

1、项目名称：安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购

2、采购需求：本项目划分为3个包：A包采购4K高清宫腹腔镜1套，预算金额160万元；B包采购经颅多普勒超声诊断系统1套、心电监护25台及系统2套、上下肢主被动训练器2台、电动起立床1台，预算金额61万元；C包采购输液泵10台、红外热像诊断系统（含改造安装）1套，预算金额35万元。

3、合同履行期限：签订合同后15日内完成供货及安装调试。

4、质量标准：合格，并符合国家及行业相关标准及规定

5、供应商可以同时就本项目3个包进行竞标，但同一供应商只能中标一个合同包，以合同包先后顺序为准。

#### 二、货物需求一览表

A包货物需求一览表			
序号	产品名称	技术参数要求	数量
1	4K 高清宫腹腔镜	<p><b>摄像系统技术配置参数</b></p> <p><b>配置：摄像主机，荧光内窥镜冷光源，气腹机，腹腔镜，显示器，台车。</b></p> <p><b>一、4K 内窥镜荧光摄像系统一套</b></p> <p>1. 摄像主机兼容 4K 分辨率超高清摄像头，具备 4K 图像处理性能；</p> <p>2. ★有效输出分辨率：≥3840×2160；</p> <p>3. 垂直分辨力≥1300 线，水平分辨力≥2000 线；</p> <p>4. 视频输出接口：HDMI×1，3G-SDI×1、12G-SDI×1、12G-SDI（3G-SDI×4）、DP×1，DVI×1、CVBS×1、S-Video×1；</p> <p>5. ★视频音频输入口：3G-SDI×1、DVI×1、AUDIO×1；</p> <p>6. ★摄像头采用超高清 CMOS 传感器，具备 4K 分辨率；</p> <p>7. 主机支持连接两种摄像头：自动聚焦摄像头和手动聚焦摄像头。</p>	1 套

		<p>8. 主机具有电子放大功能；</p> <p>9. 主机具有电子染色功能；</p> <p>10. 主机具有去摩尔纹功能；</p> <p>11. 主机具有<math>\geq 2</math>种去雾调节模式；</p> <p>12. 预设手术模式：胸腔镜、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等常用手术模式，可通过菜单，调节其他设置，切换不同手术场景；</p> <p>13. 主机具有高光抑制功能；</p> <p>14. 主机具有图像翻转功能；</p> <p>15. 白平衡模式<math>\geq 2</math>种；</p> <p>16. 摄像系统为CF级别，可用于肝、肾外科、心脏和腔镜手术；</p> <p>17. 具有荧光与白光图像叠加功能，融合颜色可调、荧光灵敏度调节、梯度荧光等功能；</p> <p>18. 具有4分屏显示功能，可同时显示彩色图像、黑白荧光、绿色荧光、梯度荧光图像（伪彩模式）；</p> <p>19. 绿色荧光种类<math>\geq 4</math>种，包括但不限于深蓝、浅蓝、深绿、浅绿、湖蓝；</p> <p>20. 梯度荧光种类（伪彩模式）<math>\geq 2</math>种，包括但不限于红绿蓝/彩色底图、红蓝/灰阶底图；</p> <p>21. 屏显模式循环种类<math>\geq 2</math>种；</p> <p>22. 具有触摸显示屏功能，触摸屏<math>\geq 6</math>英寸；</p> <p>23. 具有AI智能识别功能；</p> <p>24. 具有宽动态功能，能够通过视频图像中高亮区域、黑暗区域的探测，实时地将亮区和暗区进行曲线校正和色彩调整；</p> <p>25. ★支持录制3840×2160分辨率视频；</p> <p>26. 录像可以选择录像和图像质量；视频和图像可保存到外部存储介质或内置硬盘上，同时适配同品牌外置刻录机，也可以适配其他品牌外置刻录机；</p> <p>27. 摄像头<math>\geq 3</math>个可编程按键，可编程功能为AWB、录像、缩小、放大、截图、光源调节、降噪、曝光、锐度、饱和度、对比度、暗场改善、高光抑制、去摩尔纹、翻转、除雾设置、红色抑制、电子染色等；</p> <p>28. ★摄像头具备2倍光学变焦。</p>	
--	--	--	--

	<p>29. 摄像头防水等级<math>\geq</math>IPX7，支持浸泡消毒、低温等离子消毒和环氧乙烷消毒；</p> <p>30. 手动调焦摄像头可适配不同规格的光学硬镜，通过手动旋转调焦环调焦；</p> <p><b>二、荧光内窥镜冷光源一台</b></p> <p>1. 与摄像主机同一品牌；</p> <p>2. ★LED 灯泡工作寿命<math>\geq</math>60000h，具有灯泡使用寿命预警功能；</p> <p>3. 光源输出总光通量<math>\geq</math>800；</p> <p>4. 光源色温区间:3000K~7000K；</p> <p>5. 白光显色指数：<math>&gt;</math>90；</p> <p>6. ★导光束输出接口可兼容其他品牌导光束；</p> <p>7. 能够进行多级亮度调节；</p> <p>8. 支持触摸屏控制，触摸屏尺寸<math>\geq</math>7 英寸；</p> <p><b>三、医用气腹机系统一套</b></p> <p>1. 与摄像主机同一品牌；</p> <p>2. ★提供气腹管，可进行高温高压灭菌；</p> <p>3. ★提供二氧化碳气腹机接头；</p> <p>4. 具有开机自检功能；</p> <p>5. 具有动态和实时显示气体流量的功能；</p> <p>6 流量设定范围为 0L/min~40L/min，调节精度为 1L/min； 设定压力范围为 5~25mmHg，调节精度为 1mmHg；</p> <p>7. 具有高压模式和低压模式；</p> <p>8. ★具有报警功能，</p> <p>9. 具有过压保护功能，气压过高时，能够自动排气</p> <p>10. 具有 CO<sub>2</sub>消耗量计算功能，可数值显示。</p> <p><b>四、高清腹腔内窥镜两根</b></p> <p>1. 与摄像主机同一品牌；</p> <p>2. ★超高清腹腔镜，直径 10mm，工作长度<math>\geq</math>330mm；</p> <p>3. ★视向角<math>\geq</math>30°，视场角<math>\geq</math>75°</p> <p>4. 对白光和荧光均具有高透过率；</p> <p>5. 耐受温度：<math>\geq</math>120℃；</p> <p>6. 消毒方式：浸泡、耐受高温高压蒸煮、低温等离子等消毒方式；</p>	
--	---	--

		<p>7. 采用蓝宝石和最新的柱状透镜技术。</p> <p><b>五、显示器一台</b></p> <p>1. ★显示器尺寸：≥31.5 英寸；</p> <p>2. ★解像度：≥3840×2160；</p> <p>3. 色域支持 BT709 和 BT2020；</p> <p>4. 显示色：10.7 亿色；</p> <p>5. 对比度：≥1300:1；</p> <p>6. 亮度：≥400cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>7. 输入端口：HDMI；DP；BNC（3G-SDI）；</p> <p>8. 输出端口：BNC（3G-SDI）；DVI-D:x1；</p>	
		<p><b>冷刀参数</b></p> <p>1. 宫腔手术剪：φ 2.2×400mm，由一对中间连接的叶片组成，头部带刃，不锈钢材料制成；</p> <p>2. 宫内节育器取出钳：φ 2.2×400mm，钳状器械，不锈钢材料制成，用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出；</p> <p>3. 妇产科用剪：φ 2.2×400mm，由一对中间连接的叶片组成，头部带刃，不锈钢材料制成，用于妇产科手术时剪切组织；</p> <p>4. 妇科组织钳：φ 2.2×400mm，由钳头、钳柄、锁齿组成，不锈钢材料制成，用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料；</p> <p>5. 子宫息肉钳：φ 2.2×400mm，由钳头、钳柄、锁齿组成，不锈钢材料制成，用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。</p> <p>6. 宫腔异物钳：φ 2.2×400mm，由钳头、钳柄、锁齿组成，不锈钢材料制成，用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。</p>	
		<p><b>冷刀宫腔镜切除系统技术参数</b></p> <p>1. ★12° 高清内窥镜，工作长度≥190mm，蓝宝石镜面，防滑耐磨</p> <p>2. ★设计光学视场角≥70°，视向角≥12°</p> <p>3. ★耐受高温高压及低温等离子灭菌</p> <p>4. ★配套宫腔组织弹力切除器，可实现宫腔刨削功能</p>	

		<p>5. 镜鞘一体设计，喙状的椭圆形外鞘，外径<math>\leq 20\text{Fr.}</math>，器械通道<math>\geq 3\text{mm}</math>，</p> <p>6. Y型镜体设计，进水口可旋转</p> <p>7. 配套多种器械，抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳，工作长度<math>\geq 400\text{mm}</math></p> <p>8. 器械不锈钢设计，一体成型，无焊接</p>	
		<p><b>宫腔检查镜参数</b></p> <p>1. ★<math>30^\circ</math> 内窥镜： <math>\Phi 3 \times 302\text{mm}</math>，1支；</p> <p>2. 操作器：<math>14\text{Fr} \times 200\text{mm}</math>，1支；</p> <p>3. 进水接门：1个；</p> <p>4. 出水接门：1个；</p> <p>5. 疏通钢丝：<math>\Phi 0.8 \times 300\text{mm}</math>，1根；</p> <p>6. 密封帽：5个；</p> <p>7. 光缆：<math>\Phi 4 \times 2\text{m}</math>；</p>	
		<p><b>妇科双极等离子电切镜参数</b></p> <p><b>总体要求：</b>适用于妇科在生理盐水环境下的等离子宫腔电切手术，注册证使用范围包含妇科类型的手术。</p> <p><b>1、能量主机：</b></p> <p>1.1、★与电切镜及电极配合使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。</p> <p>1.2、对人体组织进行双极切割和凝血，主机具有独立的双极钳输出接口，切割<math>\geq 2</math>种模式，凝血<math>\geq 2</math>种模式。</p> <p>1.3、工作频率：<math>\geq 300\text{KHz}</math>。</p> <p>1.4、切割模式下：额定负载 <math>300\Omega \pm 10\Omega</math>，最大输出功率 <math>200\text{W}</math>；</p> <p>1.5、凝血模式下：额定负载 <math>100\Omega \pm 10\Omega</math>，最大输出功率 <math>120\text{W}</math>；</p> <p>1.6、输出模式：等离子电切<math>\geq 4</math>种，电凝模式<math>\geq 3</math>种；</p> <p>1.7、全触摸彩色液晶控制屏：<math>\geq 6</math>吋，</p> <p>1.8、控制屏显示：精准主机工作时间、电极安装状态、电切的模式、功率、工作声音大小调节等图形、字母和数字等。</p> <p>1.9、防电击安全等级：I类CF型。</p>	

		<p>1.10、脚踏开关：符合 YY91057-1999《医用脚踏开关通用技术要求》。</p> <p>1.11、脚踏开关：不透水，防水不低于 IPX8 级，切、凝双踏板。</p> <p>1.12、脚踏开关：寿命&gt;20000 次</p> <p><b>2、电切镜：</b></p> <p>2.1、★内窥镜：直径 4mm，视向角 12° 或 25° ，</p> <p>2.2、视场角≥60° ，光学工作距为 20mm，光学镜的有效景深范围 3mm~50mm 可调；</p> <p>2.3、操作器（手件）：被动式，可兼容单双极</p> <p>2.4、内鞘：周径≤25Fr、可 360° 旋转</p> <p>2.5、外鞘：周径≤27Fr，带进出水开关</p> <p>2.6、闭孔器：采用活动闭头</p> <p>2.7、高频连接线：双极式</p> <p><b>3、★电切镜电极：环状、粗环状、钩针状、滚球可选择，能够适用于妇科手术；</b></p> <p><b>4、配置：</b>能量主机 1 台、脚踏开关 1 个、内窥镜 1 支、操作器（手件）1 把、内鞘 1 支、外鞘 1 支、闭孔器 1 支、高频连接线 1 条、电切镜电极 1 支。</p>	
		<p><b>腔镜灌注泵</b></p> <p>1.★灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；</p> <p>2.采用步进电机驱动运行，</p> <p>3.★工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作；</p> <p>4.★当压力回复正常时仪器自动进入正常工作状态；</p> <p>5.压力设定范围 15mmHg~400mmHg，流量设定范围 0.1~1L/min，数字显示连续可调</p> <p>6.具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。</p> <p>7.电源:AC 220V±22V 50Hz，输入功率 100W+25W</p> <p>8.压力设定:15mmHg~400mmHg（2Kpa~53.3Kpa），压力调节步长 1mmHg（0.1Kpa）；</p>	

		<p>9. 流量设定:0.1~1L/min (误差<math>\leq\pm 30\%</math>) , 流量调节步长 0.1L/min;</p> <p>10. 设备安全分类型:1 类 BF 型应用部分</p> <p>11. 运行方式:间歇加载连续运行</p> <p>12. 噪声:<math>\leq 50\text{dB(A)}</math></p>	
--	--	--	--

**B 包货物需求一览表**

序号	产品名称	技术参数要求	数量
1	经颅多普勒超声诊断系统	<p>1、★频谱分辨率：128 点、256 点、512 点可选；</p> <p>2、取样容积：1~15 mm 连续可调；</p> <p>3、探测深度范围：最小工作距离≤15mm</p> <p>4、增益范围：1~40dB 可调；</p> <p>5、动态范围：1~30 dB；</p> <p>6、★检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a</p> <p>7、★常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥8 个</p> <p>8、★多深度动态 M 波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；</p> <p>9、具有异常血流提醒功能；</p> <p>10、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少 35 支血管的多维度参考依据；</p> <p>11、具有深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制功能；</p> <p>12、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；</p> <p>13、具有有线遥控器操作功能；</p> <p>14、具有离线数据分析功能</p> <p>15、<b>探头配置</b>：PW 2M 探头 1 个，CW 4M 探头 1 个；</p>	1 套
2	心电监护仪及系统	<p><b>技术参数要求：</b></p> <p>1、一体式床旁监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者；</p> <p>2、具备附件收纳盒设计</p> <p>3、★屏幕：≥12 英寸彩色显示屏，分辨率≥800*600，通道波形显示≥8</p> <p>4、★监测参数：需含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；</p> <p>5、★具备 ECG 多导同步分析功能，智能导联脱落监测功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监</p>	25 台，系统 2 套

	<p>测；</p> <p>6、采用抗干扰和弱灌注血氧技术，具有显示 PI 血氧灌注指数功能。</p> <p>7、NIBP 和 BP 的测量范围宽，提升边界情况的测量准确性；</p> <p>8、具有心率变化统计和动态血压分析功能；</p> <p>9、具有中/英文字符和条码扫描枪输入功能；</p> <p>10、具有三级声光报警，参数报警级别可调功能；</p> <p>11、具备报警集中设置功能；</p> <p>12、具备血流动力学、药物计算功能；</p> <p>13、提供内置存储卡，支持外部 US8 存储设备；</p> <p>14、具有掉电存储和 U 盘数据导入导出功能</p> <p>15、具备≥1000 小时趋势图表、≥1000 个报警事件、≥1000 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能， ≥36 小时全息波形回顾</p> <p>16、具备趋势共存界面，呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面</p> <p><b>其它要求</b></p> <p>1、需配备两套中心监护系统，包括软件和硬件；</p> <p>2、中心监护系统的硬件配置： CPU： ≥2 核， 2.9 GHz； 硬盘： ≥500G ； 内存≥4G； USB 接口≥2 个；</p> <p>3、显示器： ≥22 英寸、≥1280×1024 高分辨率液晶彩色显示屏；</p> <p>4、标配单屏显示，</p> <p>5、可单屏同时显示≥16 张床位监护信息，双屏可同时显示 ≥32 床监护信息， 4 屏模式下可显示≥48 床监护信息；</p> <p>6、多床观察情况下，每个病人支持≥4 道波形和≥5 个生理参数的实时显示， ≥20 种窗口布置任意选择；</p> <p>7、支持单床重点观察，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位病人的参数，波形和报警全部实时信息；</p> <p>8、网络连接方式： 要求中心监护系统可以同时实现多元化自由组网的监护网络，收集、处理、分析和输出联网病人的监护信息；</p> <p>9、支持接收联网监护仪在断网期间的监护数据并进行数据合并；</p> <p>10、数据存储，回顾功能： ≥200 小时趋势图表， ≥2 万个历史病人数据， ≥720 条报警事件，最近 240 小时的 NIBP 测量结果、 ≥100 条呼吸氧合事件；</p>	
--	---	--

		<p>11、计算功能：需含药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算功能；</p> <p>12、具有声、光双重三级全病理参数报警功能，报警参数包括心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温、呼吸末二氧化碳参数上、下限报警；</p> <p>13、具有病人信息管理功能，支持在中心监护系统端对于病人进行病人接收，解除和转移功能；</p> <p>14、支持数据库备份与恢复功能；支持系统操作日志和报警日志的记录及日志导出功能；支持发生临床事件或者系统异常时对于事件的跟踪；</p> <p>15、需负责中心监护系统布线的材料及施工服务工作；</p>	
3	上下肢主被动训练器	<p><b>技术参数：</b></p> <p>1、额定输入功率：80VA。</p> <p>2、电源：AC 220V，50Hz。</p> <p>3、主机外形参考尺寸：长 720mm，宽 610mm，高 1180mm，</p> <p>4、组成：由主机、手柄、上肢训练部分、下肢训练部分、固定腿板、脚踏板、急停按钮、立杆、脚轮、绑带组成。</p> <p>5、显示屏：≥8 寸，液晶触摸显示屏。</p> <p>6、★训练模式：主动模式、主被动模式。</p> <p>7、立杆高度可调范围：0~80mm，允差≤±10mm。</p> <p>8、上肢训练部分及触摸屏水平旋转 180°可调，允差≤±5%。</p> <p>9、主动模式力矩：1Nm~15Nm 分 15 档可调，允差±5%。</p> <p>10、训练时间：调节范围 0~60min，步进为 1min，默认 15min，允差±30s 。</p> <p>11、训练速度：调节范围 4rpm~60rpm，步进 1rpm，默认 4rpm，允差≤±10%或±2rpm，取最大值。</p> <p>12、★旋转方向：有正和逆转方向，在训练过程中可以改变方向。</p> <p>13、★痉挛功能：可自主设置开启关闭，痉挛次数在训练结束后会在屏幕上显示，痉挛 3 次后需要重启仪器。</p> <p>14、★痉挛方向：需含正向、逆向和转换等方式，且方向可调；</p> <p>15、痉挛阻力</p> <p>上肢：9Nm（高）、6Nm（中）、3Nm（低）三档可选，</p>	2 台

		<p>允差<math>\leq\pm 30\%</math>；</p> <p>下肢：15Nm（高）、10Nm（中）、5Nm（低）三档可选，允差<math>\leq\pm 30\%</math>。</p> <p>16、具有急停按钮设计</p> <p>17、训练结束后，屏幕上会显示总的训练时间（分钟，秒）、总的训练距离（千米）、痉挛发生的次数、主动训练的比率（%）。</p>	
4	电动起立床	<p><b>产品用途</b></p> <p>用于偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时站立训练（具有踝关节矫正功能）；</p> <p><b>主要技术指标和参数</b></p> <p>1、★外形参考尺寸：245×79×125cm</p> <p>2、★床面参考高度：58cm</p> <p>3、★床面参考宽度：62cm</p> <p>4、★床面角度转动范围：0°~85°</p> <p>5、矫正板角度转动范围：-32°~20°</p> <p>6、床板安全工作载荷：≥1350N</p> <p>7、★升降床架的安全工作载荷：≥2000N</p> <p>8、材质：优质型材，木板；皮革，发泡件</p> <p>9、主要材质规格：</p> <p>矩形管：≥40*25*1.5/50*25*1.5/50*30*1.5；</p> <p>方管：≥20*20*1.5/25*25*1.5/50*50*1.5；</p> <p>尼龙棒：≥φ25/φ30；冷板≥3mm/5mm；</p> <p>焊管φ22*≥1.5；圆钢φ16/φ22；不锈钢圆管φ25*≥1.5</p> <p>床面采用软体材料仿革面料，钢架结构表面涂层采用喷塑层涂料；</p> <p><b>产品配置</b></p> <p>1、床架 1 个、凹凸革软床面 1 块、电机 1 套、角度表 1 个、脚板 2 块、气弹簧 2 根、绑带 1 套、餐板 1 块、脚轮 4 个；</p>	1 台

**C包货物需求一览表**

序号	产品名称	技术参数要求	数量
1	输液泵	<p>1、彩色显示屏。</p> <p>2、★滴数、ml/h 给药模式可选。</p> <p>3、具有输液器校正功能。</p> <p>4、适用输液器：20 滴/ml 标准 PVC 输液器。</p> <p>5、具有预设输注、快速输注功能。</p> <p>6、★输液速度：流量模式下 1.0~900ml/h。 滴数模式下 1.0~300 滴/min。</p> <p>7、输液速度最大误差：±5%。</p> <p>8、预设量设定范围：1-9000ml。</p> <p>9、★具有 KVO 功能。</p> <p>10、报警类型：气泡、管道堵塞、电池欠压、输液完毕、开门、滴速传感器脱落、外接电源掉电、故障和等待操作报警等。</p> <p>11、★12V 锂电池，充电 10h 后，中速输注连续工作时间 &gt;2h。</p>	10 台
2	红外热像诊断系统（含改造安装）	<p><b>一、红外摄像头参数</b></p> <p>1、★探测器类型：非制冷氧化钒焦平面红外探测器；</p> <p>2、★图像帧像素：水平 288 像素×垂直 384 像素×14Bits； 传感器像元尺寸：17 μm；</p> <p>3、成像速度：≥50 帧/秒；</p> <p>4、工作波段：8~14 μm；</p> <p>5、测温范围：0℃~50℃；</p> <p>6、温度分辨率：0.01 ℃；</p> <p>7、空间分辨率：≤2mrad；</p> <p>8、★镜头参数：专业非球面光学红外镜头，焦距 f=8.5mm；</p> <p>9、扫描视场：水平 32° ×垂直 42° ；</p> <p>10、调焦范围：0.3m~无穷远；</p> <p>11、调焦方式：计算机控制电动调焦；</p> <p>12、数据接口类型：USB2.0 数字接口；</p>	1 套

		<p><b>二、红外热像软件系统</b></p> <p>13、软件系统集成图像采集、图像管理查询、图像处理分析、评估报告编辑打印等功能</p> <p>14、软件系统报告模板：需含热源描述、评估提示、保健建议、中医体质等，并且能够自动添加、自动完善等；</p> <p>15、评估报告输出形式：需含精简报告、综合报告、精简报告+保健建议等多种形式</p> <p>16、★可同时显示任意多幅图像，每幅图像都可以任意放大/缩小显示，在放大/缩小状态时仍可进行各种分析处理，在放大状态下图象无马赛克效果，可清除图像背景；</p> <p>17、★测温方式多样化：点温、矩形、圆角矩形、椭圆、多边形测温可同时进行；</p> <p>18、测温区域：数量最多≥25个；能够导出保存测温数据；每两个测温区域自动形成对比显示温差，测温结果自动保存并可打印输出；</p> <p>19、软件系统采用数据压缩方式保存图像数据；</p> <p>20、提供5种标准调色板，18种辅助调色板；</p> <p><b>三、高级操作控制台</b></p> <p>21、含计算机、医用电源系统，扫描电动取景操作面板等。</p> <p><b>四、摄像头电动取景控制机构</b></p> <p>22、通过该机构可实现红外摄像头上下升降、上下俯仰、左右旋转等三维运动。</p>	
--	--	--	--

说明：A包核心产品为4K内窥镜荧光摄像系统，B包核心产品为经颅多普勒超声诊断系统及心电监护仪，C包核心产品为红外热像诊断系统。

### 三、安装调试要求

本项目的安装调试由中标人负责，中标人应对产品安装提供全面的技术服务与支持。并应向采购人有关人员讲解产品调试方法，包括产品的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

### 四、培训要求

供应商为采购人提供使用及日常维护培训，包括：设备使用、保养与管理、常见故障的排除，保证采购人使用人员掌握正确操作方法，并能处理常见问题。

## **五、售后服务**

1、质保期：不低于2年，自验收合格之日起计算。（国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商可提供更长的质保期）

2、在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，中标人免费维修，无法维修的免费更换与其同规格同质量的新产品。在质保期内，产品维修、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由中标人负责。质保期后，如更换零件，只向采购人收取零件成本费。

3、中标人要保持电话24小时畅通，出现问题需在2小时内电话响应，6小时内到达现场，12小时内解决问题，并提供上门服务，以保证及时解决采购人使用过程中的疑难问题。

## **六、履约验收**

1、产品送至采购人指定地点后，由采购人组成的验收小组，对产品的数量、型号、外观质量、备品备件等进行检查，中标人所提供产品必须是原厂生产且全新、配套、符合国家质量检测标准以及出厂标准的产品。如产品达不到规定标准，中标人应无条件调换新品，并承担全部责任。

2、安装调试完毕后，验收小组根据招标文件的要求和投标文件的承诺对产品进行全面验收，并出具验收书。

## **七、付款方式**

付款方式：设备安装调试完成并验收合格，且完成对医院指定人员培训后一次性付清。

## 第四章 主要合同条款

注：本合同条款仅为主要条款，具体内容甲乙双方可根据项目情况商定。

安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购  
\_\_\_\_包

# 政府采购合同

本合同为中小企业预留合同（仅 A 包、C 包）

甲 方：安新县中医医院

乙 方：\_\_\_\_\_

日期：        年        月        日

# 政府采购合同

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲方、乙方就\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件的有关要求以及乙方投标文件中承诺，经双方协商一致达成如下协议：

## 一、所需产品名称、参数、数量及价格

序号	产品名称	品牌	参数	单价	数量	小计
1						
2						
3						
.....						
产品总价款		大写：_____				
		小写：_____元				

## 二、质量保证

1、乙方应保证产品是全新的、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合国家质量检测标准的产品。

2、乙方必须保证质保期内履行免费维修服务承诺。

## 三、交货

1、交货期：合同签订后\_\_\_个工作日供货并完成安装调试。

2、本项目交货地点：\_\_\_\_\_。

## 四、产品安装调试与验收

1、安装调试：本项目的安装调试由乙方负责，乙方应对产品安装提供全面的技术服务与支持。并应向甲方有关人员讲解产品调试方法，包括产品的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

2、验收：

(1) 产品运抵甲方指定地点后，由甲方组成验收小组，对产品的数量、型号、外观质量、备品备件等进行检查，乙方所提供产品必须是原厂生产且全新、配套、符合国

家质量检测标准以及出厂标准的产品。如产品达不到规定标准，乙方应无条件调换新品，并承担全部责任。

(2) 安装调试完毕后，验收小组根据招标文件要求及投标文件的承诺对产品进行全面验收，并出具验收书。

## 五、售后服务

1、质保期：\_\_\_\_\_

2、在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，乙方免费维修，无法维修的免费更换与其同规格同质量的新产品。在质保期内，产品维修、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由乙方负责。质保期后，如更换零件，只向甲方收取零件成本费。

3、乙方要保持电话 24 小时畅通，出现问题需在\_\_\_小时内电话响应，\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_小时内解决问题，并提供上门服务，以保证及时解决甲方使用过程中的疑难问题。

## 六、付款方式：

\_\_\_\_\_

## 七、违约责任

1、如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付货物总价款\_\_\_%的违约金，最多为货款总额\_\_\_%，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过十日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款\_\_\_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。

2、如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照本条第 1 款规定处理。

3、如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第二款的规定要求乙方承担违约责任。

4、如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后 3 个工作日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

5、甲方逾期付款的，每逾期一天，按照当期逾期付款的\_\_\_%向乙方支付违约金，

此项违约金不得超过当期逾期金额的\_\_\_%。

6、针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

#### 八、解决纠纷的方式

合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，可采用下列第\_\_\_种方式解决：

- 1、提交甲方所在地仲裁机构进行仲裁。
- 2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 九、其他

本协议其他未尽事宜，由双方另行协商确定。

十、合同签订地点：\_\_\_\_\_

#### 十一、协议生效：

本协议壹式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力；双方各执\_\_\_\_\_份，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

## 第五章 投标文件格式

(投标文件商务标格式)

# 安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备 采购\_\_包

## 投标文件商务标（明标）

项目编号：QDZB2024-035

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、开标一览表及投标函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、供应商资格证明文件
- 六、商务和技术参数偏离表
- 七、供应商认为有必要提供的其它资料

# 一、开标一览表及投标函

## (一) 开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购\_\_\_\_包

投标总报价	小写：_____元； 大写：_____；
合同履行期限	
质量标准	
其它	

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

说明：1、投标总报价应为分项报价之和；

2、投标总报价包括：投标产品费、包装费、运杂费、各种风险费、服务费、利润、税金、政策性文件规定费用等所有费用，并包括由于原材料或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用；

3、开标一览表格式不得擅自改动，否则视为无效投标。

## (二) 投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人）\_\_\_\_\_：

我方仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_包招标文件的全部内容，并授权我单位的\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_，全权代表我单位提交本项目的投标文件。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1) 我方愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供本次招标产品的供货、运输及维修服务等。投标总报价：人民币（小写）\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）；合同履行期限：\_\_\_\_\_；质量标准：\_\_\_\_\_。

2) 愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务。

3) 如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4) 我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5) 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6) 我方同意所递交的投标文件在\_\_\_\_\_天的投标有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、 法定代表人身份证明

供 应 商： \_\_\_\_\_

单位性质： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓 名： \_\_\_\_\_ 性 别： \_\_\_\_\_

年 龄： \_\_\_\_\_ 职 务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表  
人。

特此证明。

供应商： \_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证扫描件，身份证正反两面。

### 三、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_包的招标活动，以我方的名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

委托代理人无转让委托权。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

联系 电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：代理人身份证扫描件，身份证正反两面。

---

注：1、委托代理人仅限一人。

2、如无委托代理人，本表可不填写。

## 四、分项报价表

单位：人民币元

序号	产品名称	品牌型号	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1							
2							
3							
.....	.....						
合计报价			小写：_____元 大写：_____				

## 五、 供应商资格证明文件

- 1、营业执照；
- 2、与所投产品一致且有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》
- 3、与所投产品一致且有效的《医疗器械生产许可证》（本条适用于生产商）；
- 4、所投产品属于第二类医疗器械的须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的须具备有效的《医疗器械经营许可证》（本条适用于代理商或经销商）；
- 5、具有健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；
- 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；
- 7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间至投标截止日不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；
- 8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）；

**注：以上证明材料需加盖供应商公章。**

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业为工业，标的名称为所投产品名称。

## 附件 2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本声明函不作为投标文件格式强制要求，非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

## 附件 3

### 监狱企业声明函

若投标供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖公章。

说明：本声明函不作为投标文件格式强制要求，非监狱企业不需提供此声明函。

## 六、商务和技术参数偏离表

### (一) 商务偏离表

序号	条款名称	招标条款	投标条款	偏离情况
1	交货地点			
2	交货期			
3	质量标准			
4	投标有效期			
5	质保期			
.....				

---

注：1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无偏离”。

2、商务条款不允许负偏离，否则视为无效投标。

(二) 技术参数偏离表

序号	产品名称	招标要求参数	投标响应参数	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

---

注：1、“投标响应参数”一栏须为所投产品的具体参数，供应商应就技术参数逐条对应，**写明偏离情况**。如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”，并注明偏离内容；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无偏离”。

2、技术参数为正偏离的，需提供证明材料。

3、可以拓展本表格式。

## 七、供应商认为有必要提供的其它资料

(投标文件技术标封面格式)

## 安新县中医医院公共服务能力提升医疗设备采购 ( )



**字体要求：“宋体”三号“常规”字，字符间距、位置为标准**

**位置要求：首行、居中**

**其他：括号内填写标包名称**

## 投标文件技术标 (暗标)



**字体要求：“宋体”三号“常规”字，字符间距、位置为标准**

**位置要求：距标题间隔 5 行、居中**

## 第六章 评标办法和标准

### 一、评标原则

评标将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的有关规定，公平、公正，科学、择优的原则进行。

### 二、组建评标委员会

评标委员会由采购人代表 1 人和河北省政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家 4 人组成，成员人数共为 5 人。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

评标委员会主任由全体成员推举产生。

### 三、评审过程的保密

3.1 候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、评标工作人员不得对任何单位和个人透露。

3.2 在投标文件的评审和中标候选人推荐以及签订合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.3 中标人确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 四、投标文件的资格性审查和符合性审查

#### 4.1 投标文件的资格性审查

4.1.1 资格性审查：依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。（详见评审细则）

4.1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

4.1.3 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

#### 4.2 投标文件的符合性审查

4.2.1 符合性审查：评标委员会依据政府采购有关法律法规和招标文件，分别对商务标“明标”部分进行符合性审查、对技术标“暗标”部分实行“盲评”。**对技术标未按“暗标”要求制作的，依据招标文件作无效投标处理。**（详见评审细则）

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 五、投标文件的澄清

5.1 在评标期间，评标委员会有权以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 评标委员会认为投标响应文件技术标“暗标”部分有含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误需要澄清时投标供应商应采用书面形式作出澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。公共资源电子交易系统对澄清函的公章、签字等信息进行技术处理，不得向评标委员会成员显示。

5.3 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

## 六、比较与评价

6.1 商务标审查合格的投标文件，评标委员会应根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务标“明标”进行详细评审并打分。

6.2 技术标符合性审查完成后，方可对技术标“暗标”进行“盲评”。评标委员会成员应独立评审和打分，严禁改变招标文件中规定的评标标准方法和中标成交条件。

6.3 商务标“明标”和技术标“暗标”评审全部结束后，由公共资源电子交易系统自动汇总各投标供应商的商务标和技术标得分，评标委员会按照评审得分由高到低排序，推荐前3名中标候选人，并由采购人授权评标委员会确定排名第一的为中标人，同时提交评标报告。

6.4 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6.5 本次评标将采用下列方法：

(1) 评标办法：综合评分法，具体评标内容按照“评审细则”规定的方法、评审因素、标准对投标文件进行评审。“评审细则”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

(2) 评审因素：详见评分标准。

## 七、评审细则

### 7.1 采用综合评分法

### 7.2 资格性评审和符合性评审细则

#### 资格性评审标准

评审因素	评审标准
营业执照	具备并有效
医疗器械注册证	具备与所投产品一致且有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》
医疗器械生产许可证	具备与所投产品一致且有效的《医疗器械生产许可证》（本条适用于生产商）
第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证	所投产品属于第二类医疗器械的须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的须具备有效的《医疗器械经营许可证》（本条适用于代理商或经销商）
健全的财务会计制度	具有健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）
依法缴纳税收和社会保障资金	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间至投标截止日不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
中小企业声明函（货物）（适用于A包、C包）	所投产品的制造商均为中型、小型或微型企业。
信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统查询结果	供应商商业信誉良好，未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录，未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；（由招标代理公司于开标当日现场查询并下载打印查询结果）；

注：1、资格审查所需证件在开标时无需提供原件，供应商对投标文件中所有资料的真实性负全部责任。

2、本项目A包、C包专门面向中小企业采购；B包非专门面向中小企业采购，对所提供货物全部由小型和微型企业生产的供应商价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须按

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》，否则不予认可。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

4、根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 符合性评审标准

评审因素		评审标准
商务标 “明标”	投标函签字盖章	在招标文件格式指定的位置加盖单位章、签字
	投标文件格式、内容	符合“投标文件格式”的要求，投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写
	投标报价	只有一个投标报价且未超过最高限价
	合同履行期限	满足招标文件要求
	质量标准	满足招标文件要求
	投标有效期	满足招标文件要求
	其它未有不实质性响应招标文件要求的	未有
技术标 “暗标”	技术标部分实质性内容响应	1、按招标文件“暗标”要求制作 2、符合招标文件第三章采购项目的要求

### 7.3 详细打分细则（满分 100 分）

序号	评审项目	评分标准
商务标 “明标”	1 投标报价 (30分)	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为 30 分，其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	2	技术参数（15分）	<p>技术参数满足招标文件技术要求（技术参数加★部分）的得基本分10分，在此基础上：</p> <p>1、技术参数每有一项正偏离加1分，最多加5分。技术参数为正偏离的，需提供证明材料，否则不得分。</p> <p>2、技术参数每有一项负偏离减1分，减完为止。</p>
技术标 “暗标”	3	供货方案（10分）	<p>根据供应商的供货方案，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：供货方案科学全面，流程详细，专业人员配备充足，分工明确，保证措施切实可行，得10分</p> <p>第二档：供货方案及保证措施较合理，人员配备及保证措施能基本满足本次采购的要求，得8分</p> <p>第三档：供货方案及保证措施一般，得5分</p>
	4	安装调试方案（10分）	<p>根据供应商的安装调试方案，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：安装流程详细，调试方案科学，专业人员配备充足，分工明确，验收方案切实可行，得10分</p> <p>第二档：安装、调试方案及验收方案较合理，人员配备及验收方案能基本满足本次采购的要求，得8分</p> <p>第三档：安装调试方案及验收方案一般，得5分</p>
	5	质量保证措施（10分）	<p>根据供应商的质量保证措施，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：产品质量保证措施全面、细致、切实可行，得10分</p> <p>第二档：产品质量保证措施较全面、可行，得8分</p> <p>第三档：产品质量保证措施一般，得5分</p>
	6	培训方案（5分）	<p>根据供应商的培训方案，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：培训方案计划及承诺全面、具体、针对性强，得5分；</p> <p>第二档：培训方案计划及承诺基本完整，但针对性一般，得3分；</p> <p>第三档：培训方案计划及承诺一般的，但针对性较差，得1分。</p>
	7	故障管理及应急处理方案（5分）	<p>根据供应商的故障管理及应急处理方案，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：故障管理及应急处理方案种类齐全、措施考虑周全，科学合理得5分，</p> <p>第二档：故障管理及应急处理方案种类较齐全、措施考虑较周全，较合理得3分，</p> <p>第三档：故障管理及应急处理方案一般得1分。</p>

	8	售后服务方案 (15分)	<p>根据供应商的售后服务方案，按优劣进行分档打分：</p> <p>第一档：售后服务方案完善周到、有专门的维护队伍、技术人员及设备，质保期内外后续技术支持和维护能力保障措施全面可行，得 15 分。</p> <p>第二档：售后服务方案周到，质保期内外保障较全面，得 10 分；</p> <p>第三档：售后服务方案一般，得 7 分；</p>
--	---	-----------------	--

评标委员会按综合得分由高到低顺序排列（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列），推荐前 3 名中标候选人，并由采购人授权评标委员会确定排名第一的为中标人，同时提交评标报告。

供应商可以同时就本项目 3 个包进行竞标，但同一供应商只能中标一个合同包，以合同包先后顺序为准。

## 八、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审细则”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。